Эринокс
Инструкция по применению средства

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство "Эринокс", производимое фирмой "Орион Корпорейшн НОЙРО" (Финляндия), представляет собой прозрачный бесцветный или светло-желтый жидкий концентрат без запаха. Содержит 1296 анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ (из них анионных: менее 5% триэтаноламин, бутилгликоль и консервант рН-10). Средство расфасовано в пластмассовые бутыли вместимостью 1 л (куб дм) и канистры вместимостью 5 л (куб.дм).

Срок годности концентрата средства при условии его хранения в невскрытой упаковке фирмы-производителя, при комнатной температуре составляет 3 года

Рабочие 1% и 2% (по препарату) растворы готовят непосредственно перед использованием.

1.2. Средство обладает хорошими моющими свойствами, не корродирует металлы, не повреждает термолабильные материалы

1.3. "Эринокс" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1 007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на кожу, не опасно при ингаляционном воздействии. В виде концентрата оказывает: слабое при однократном и умеренное при повторных воздействиях, местно-раздражающее действие на кожу: вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз: обладает слабым сенсилибирующим действием Рабочие растворы при повторных воздействиях вызывают сухость кожных покровов.

1.4. Средство предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая гибкие и жесткие эндоскопы, инструменты к ним, стоматологические инструменты), ручным и механизированным (в том числе с использованием ультразвука), способами в лечебно-профилактических учреждениях.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

Рабочие растворы средства "Эринокс" готовят путем смешивания соответсвующих количеств концентрата с питьевой водой (таблица 1.)

Таблица 1

Нормы для приготовления рабочих растворов средства "Эринокс"

Концентрация рабочего раствора	Количество ингредиентов (мл) (куб.см) для приготовления рабочего раствора объемом:					
	1 л (куб.дм)		3 л (куб.дм)		5 л (куб.дм)	
	Концентрат	Вода	Концентрат	Вода	Концентрат	Вода
1,0	10	990	30	2970	50	4950
2,0	20	980	60	2940	100	4900

3. ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА

3.1. Средство "Эринокс" применяют для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, изготовленных из металлов, стекла, резин, пластмасс, в том числе стоматологических (включая вращающиеся) инструментов, микроинструментов, гибких и жестких эндоскопов, медицинских инструментов к эндоскопом Предстерилизационную очистку изделий проводят после их дезинфекции, осуществленной одним из средств, разрешенных для этих целей.

3.2 Предстерилизационную очистку изделий ручным способом проводят, используя емкости из любых материалов, в соответствии с этапами и режимами, указанным в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Предстерилизационная очистка изделий медицинского

назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) средством "Эринокс" ручным способом.

Этапы проведения очистки	Режим очистки		
	Температура °С	Время выдержки (мин.) при использовании раствора концентрата (по препарату)	
		1%	2%
Замачивание при полном погружении изделий в раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделий:			
- из металлов и стекла	Не менее 18	15,0	-
- из пластмасс и резин	Не менее 18	-	15,0
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание. При помощи ерша или ватно-марлевого тампона, каналов изделий – при помощи щприца.			
- изделий с каналами или замков, частями	Не менее 18	1,0	1,0
- остальных изделий	Не менее 18	0,5	0,5
Ополаскивание проточной водой	Не нормир.	2,0	2,0
Ополаскивание дистиллированой водой	Не нормир.	0,5	0,5

Рабочие растворы средства используют однократно.

При предстерилизационной очистке эндоскопов и инструментов к ним используют технологию обработки, изложенную в "Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов" (N 15-6/30 от 1 7.7.90г.) и в "Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам" (N 28-6/3 от 09.02.88г.).

3.3. При механизированном способе очистки эндоскопов, очистку осуществляют согласно инструкции по эксплуатации, прилагаемой к оборудованию

3.4. Предстерилизационную очистку вращающихся стоматологических инструментов (боры, алмазные головки, дрильборы и др.) механизированным способом проводят 1% раствором средства "Эринокс" с применением ультразвука в установке "Ультраэст". Время обработки составляет 3 мин. После окончания обработки инструменты промывают проточной питьевой водой в течение 2 мин, ополаскивают в течение 0,5 мин дистиллированной водой и высушивают 3.5 Качество предстерилизационной очистки изделий контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, фенофталеиновой пробы - на наличие остаточных количеств щелочных компонентов раствора средства "Эринокс". Методики постановки проб изложены в "Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения (N28-6/13 от 08.06.82г.) и в методических указаниях "Контроль качества с помощью реактива азопирам" (N 28-6/13 от 26.05.88).

Таблица 3

Предстерилизационная очистка гибких, жестких эндоскопов и инструментов к ним 2% раствором средства "Эринокс" ручным способом.

Этапы проведения очистки	Режим очистки	
	Температура °С	Время выдержки (мин.)
Замачивание изделий при полном погружении в рабочий раствор (у неполностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, которые разрешено погружать в жидкость) и заполнение им полостей, каналов.	Не менее 18	15,0
Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание.		
Гибкие эндоскопы:		
- инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала	Не менее 18	2,0
- каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса	Не менее 18	3,0
- наружную поверхность моют с- наружную поверхность моют с	Не менее 18	1,0
Жесткие эндоскопы:		
- каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой салфетки	Не менее 18	2,0

- каналы промывают при помощи шприца	Не менее 18	2,0
Инструменты к эндоскопам:		
- наружную поверхность моют при помощи ерша или марлевой салфетки	Не менее 18	2,0
- внутренние открытые каналы промывают при помощи шприца	Не менее 18	1,5
Ополаскивание проточной питьевой водой.	Не нормир.	2,0
Ополаскивание дистиллированой водой	Не нормир.	1,0

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1.Все работы со средством "Эринокс" необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

4.2. Следует избегать попадания концентрата и рабочих растворов средства в глаза и на кожу.

4.3 . При работе со средством соблюдать правила личной гигиены Запрещается принимать пищу, пить и курить на рабочем месте. После окончания работы следует вымыть с мылом лицо и руки.

4.4 Не допускать к работе со средством лиц, с повышенной чувствительностью к лекарственным или химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями.

4.5. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1. При случайном попадании средства на слизистые оболочки глаз обильно их промыть водой в течение 10-15 минут и срочно обратиться к врачу.

5 2. При случайном попадании средства на кожу обильно промыть загрязненное место проточной водой.

5 3. При случайном попадании средства в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды или адсорбента (активированный уголь: 15-20 таблеток на стакан воды), при ухудшении состояния здоровья обратиться к врачу.

Купить дезсредство Эринокс можно в компании «Биоторг».

Официальный сайт - https://biotorg.com/

Консультации по телефону: +7 (818-2) 46-02-35